



Katowice, 25.05.2020r.

TG/82/19/2020

Odpowiedzi do Pakietu nr 1 –część 2

Poz. 1.4 aparat do znieczulenia

Tryby wentylacji

1. Pkt 2,3 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i wymaga w pkt oraz pkt 3 odpowiednio „tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC” oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC”?

Odpowiedź: Tak jest to omyłka pisarska