

Katowice, 29.05.2020r.

TG/82/24/2020

Odpowiedzi do Pakietu nr 7 –część 4

1. W związku z przesłaną do Państwa korespondencją z dnia 15 i 22 maja 2020 r. dotyczącą prośby o dopuszczenie w pakiecie nr 7 zestawu do obrazowania zieleni indocyjaninowej oraz zawartej w piśmie tabeli komponentów, zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu dot. konieczności dostarczenia w zestawie nr 2 pakietu nr 7 (poz. nr 37 , optyka laparoskopowa) optyki o śr 4mm. W zestawie nr 1 Zamawiający wymaga optyk o średnicach 5,5mm i 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Zwracamy się również z zapytaniem czy Zamawiający wymaga w obu zestawach pakietu nr 7 zaoferowania zestawu 3 szt. drenów grzejnych do insuflacji, wielorazowego użytku ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.