

Katowice, 26.05.2020r.

TG/82/23/2020

### Odpowiedzi do pakietu nr 6 – część 3

#### **Pakiet nr 6.1 Laparoskop z osprzętem do obrazowania 2D i 3D lub zamiennie system 4K – szt.1.**

W związku z możliwością złożenia dwóch opcjonalnych ofert w pakiecie nr 6.1 na Laparoskop z osprzętem do obrazowania 2D i 3D (Poz. 1 – 146) lub zamiennie Zestaw Laparoskopowy 4K (Poz. 1 – 148), zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał aby elementy składowe każdej z opcjonalnych ofert pochodziły maksymalnie od dwóch producentów ?

Uzasadnienie: W przypadku większej ilości producentów elementów danego zestawu zachodzi ryzyko niekompatybilności, co może mieć bezpośredni wpływ na przebieg i bezpieczeństwo operacji.

Serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny będzie prowadzony przez większą ilość serwisantów i firm, co skutkuje brakiem bezpośredniej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i znacznie wydłużony proces naprawy/wymiany.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający wymaga.