

Katowice, 25.05.2020r.

TG/82/20/2020

### Odpowiedzi do Pakietu nr 5 – część 3

#### Pytanie 1

W 17 odpowiedzi na pytania z 15.05.2020 Zamawiający zmieniając pierwotny zapis z tabeli wymaganych parametrów technicznych (pkt 25), uniemożliwił naszej firmie złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne do udzielonej odpowiedzi i dopuści kratkę o jednej ogniskowej dopasowanej do oferowanego, dopuszczonego przez Zamawiającego zakresu SID? W urządzeniu, które chcemy zaoferować brak zmiennej ogniskowej nie jest wadą kratki, lecz wynika z naturalnych różnic konstrukcyjnych między naszym aparatem a urządzeniami innych producentów i nie wpływa negatywnie na jakość obrazu.

Jedna kratka o stałej ogniskowej, dopasowanej do stosowanych w aparacie SID, pozwala na konstrukcję o mniejszej odległości blat stołu – detektor niż w urządzeniach innych producentów, a tym samym zapewnia mniejsze zniekształcenia (powiększenia) na wykonywanych zdjęciach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG, której kołpak posiada 1,7 MHU pojemności cieplnej? Rozwiązanie posiada aktywny tryb chłodzenia (wiatrak), który przyspiesza odprowadzanie ciepła i tym samym zwiększa efektywność wychładzania kołpaka.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kołpaka lampy z pojemnością cieplną 1,7MHU i aktywnym systemem chłodzenia.

Odpowiedź: *Nie, zamawiający nie dopuszcza. Lampa RTG, której kołpak posiada 1,7 MHU pojemności cieplnej. Wielu producentów wytwarza aparaty RTG typu telekomando z lampami o wymaganej pojemności cieplnej kołpaka i aktywnym trybem chłodzenia.*

#### Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 2, Gwarancja i serwis, pkt 4: „Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”, w powiązaniu z: ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia – wzór umowy, § 6 ust. 4, zdanie drugie: „W przypadku gdy naprawa sprzętu wymaga sprowadzenia części zamiennych zza granicy czas naprawy gwarancyjnej może trwać dłużej niż 48 godzin, lecz nie dłużej niż 7 dni roboczych.”

Prosimy o ujednoczenie zapisów zgodnie z zapisami umowy, tj. uwzględnienie 7 dni roboczych w tabelce: Pakiet nr 5 do Załącznika nr 2.

Uprzejmie zwracamy uwagę, że w przypadku napraw z wymianą części koniecznych do sprowadzenia spoza granic naszego kraju termin 7 dni roboczych nie jest terminem zbyt długim, toteż ograniczanie go nawet o jeden dzień ma znaczenie, szczególnie w kontekście wysokich kar zawartych w umowie. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający ujednocza zapis przyjmując zapisy umowy



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

