

Katowice, 04.08.2020r.

Sprostowanie odpowiedzi do Pakietu nr 9 – Respirator stacjonarny

Pytanie 1, punkt 19

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez funkcji automatycznej kompensacji oporu przepływu rurki dotchawiczej lub trecheostomijnej typu ATC,TC,TRC ale z funkcją automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączenia tej kompensacji w trakcie wentylacji pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez ręcznej regulacji przepływu szczytowego? W proponowanym przez nas urządzeniu przepływ wdechowy jest zależny od innych parametrów, jest regulowany automatycznie w szerokim zakresie od 0 do 200 l/min.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czasu plateau w zakresie od 0 do 1,5 sekundy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator ze zintegrowanym systemem wyzwalania w postaci regulowanego w zakresie 0 do 2 l/min przepływowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta oraz z uzupełniającym, regulowanym w zakresie od -1 do -20 cmH₂O ciśnieniowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, punkt 45

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem wewnętrznego ciśnienia PEEP za pomocą PEEPtotal (PEEPcałkowity) zamiast AutoPEEP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, punkt 48

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator bez oddzielnej funkcji pomiaru NIF/MIP ale z możliwością odczytu tego parametru z zarejestrowanych wykresów krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, punkt 58

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z zapisem trendów w postaci graficznej i z możliwością odczytu wartości cyfrowych w każdym punkcie wykresu danego trendu ale bez tradycyjnie rozumianej postaci tabelarycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, punkt 70, 71

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu niskiej i wysokiej objętości dla każdego pojedynczego oddechu ale z alarmem wysokiej i niskiej objętości minutowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, punkt 76

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatyczną kompensacją przecieków jedynie w trybach nieinwazyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, punkt 79

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po przejściu do trybu gotowości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, punkt 80

Czy zamawiający dopuści respirator z funkcją do monitorowania stosunku objętości oddechowej do PBW obliczanej według wzoru Devine'a na podstawie wzrostu i płci ale bez automatycznego ustawiania wstępnych parametrów wentylacji i alarmów na tej podstawie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.