

Katowice, 13.05.2021r.

## ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA TG/176/01/2021

**Dotyczy postępowania na:**

**„Dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Sp. z o.o.”**

### **Pytanie 1**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by sprzęt zastępczy dostarczyć w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

### **Pytanie 2**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% wartości brutto danego urządzenia ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

### **Pytanie 4**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 2**

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

### **Pytanie 5**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 4, 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

### **Pytanie 6**

#### **Dotyczy pakiet 1 , 2 – załącznika nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h w dni robocze ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h w dni robocze.**

### **Pytanie 7**

#### **Dotyczy pakiet 1, 2 – załącznika nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

### **Pytanie 8**

#### **Dotyczy pakiet 1 , 2– załącznika nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy ( gwarancyjne bez wyłączeń) oraz przeglądy techniczne (...)” ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy pakiet 1 ,2– załącznika nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by sprzęt zastępczy dostarczyć w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy pakiet 1,2 – załącznika nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Punkty serwisowe na terenie Polski posiadające autoryzację producenta do wykonywania czynności naprawy.” ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy. Obecny zapis dotyczy sprzętu i aparatury medycznej będącej eksploatowanej w okresie gwarancji. Zgodnie z podpisaną umową po wyłonieniu Wykonawcy to po jego stronie jest zapewnić serwis (przeglądy i naprawy gwarancyjne) użytkowanego sprzętu, natomiast po okresie gwarancji to Zamawiający decyduje o wyborze serwisu podpisując z nim odpowiednią wiążącą umowę.**

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy pakiet 1 ,2– załącznika nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

**Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.**

#### **Pytanie 12**

##### **Dotyczy zapisów ogłoszenia pkt. 10.1 – miejsce składania ofert**

Prosimy o wskazanie konkretnego miejsca złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający wskazuje miejsce doręczenia oferty: Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o., ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice, Administracja- Pietro 3, Sekretariat.**

13.05.2021r

.....

data, podpis i pieczętka osoby uprawnionej