

Monitor medyczny– szt.1.

1. Nazwa sprzętu:
2. Model:
3. Typ:
4. Rok produkcji: 2021 (sprzęt nowy, nie powystawowy, nie rekondycjonowany)
5. Producent:

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Parametry wymagane/oceniane	Parametry oferowane PODAĆ/OPISAĆ
I. OPIS OGÓLNY - MONITOR MEDYCZNY			
1.	Przekątna minimum. 26 cali z matrycą LCD	TAK, podać	
2.	Podświetlenie LED	TAK, podać	
3.	Rozdzielczość FULL HD 1920x1080	TAK, podać	
4.	Kąt widzenia minimum 178 stopni	TAK, podać	
5.	Współpracujący z oferowanym procesorem EPK i7010 posiadanym przez Zamawiającego za pomocą złącza DVI-D wejście	TAK	
6.	Min 300 cd/m2	TAK, podać	
7.	Matryca w standardzie min. 16 mln kolorów	TAK, podać	



8.	Standard Vesa 100x100mm	TAK, podać	
9.	Wyjście mini DVI-D	TAK, podać	
10.	Kontrast min 1000:1	TAK, podać	
11.	Dotykowy panel sterujący	TAK	
12.	Funkcja PIP oraz funkcja POP	TAK	
13.	Uchwyt mocujący do posiadanego przez Zamawiającego wózka Classic-Cart do wieży endoskopowej	TAK	
GWARANCJA I SERWIS			
1.	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres: minimum 24 miesiące	TAK podać	
2.	Czas reakcji na zgłoszenie usterki 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – 48 godzin.	TAK	
3.	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK podać	
4.	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	TAK podać	
5.	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem	TAK	
6.	Punkty serwisowe na terenie Polski posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania czynności naprawy.	TAK podać	
7.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	TAK podać	



8.	Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego	TAK	
9.	Instrukcja użytkowania w języku polskim	TAK	
10.	Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy.	TAK	
11.	Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych.	TAK	
12.	Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego.	TAK	
13.	Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.	TAK	
14.	Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy, łącznie z dojazdem. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu.	TAK	

Zatwierdził

.....