

Katowice, 13.07.2021r.

ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA TG/261/01/2021

Dotyczy postępowania na:

„Dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Sp. z o.o.”

Pytanie 1

Dotyczy pakiet nr 1 – pkt. 5

Czy w powyższym punkcie nie nastąpiła omyłka pisarska i zapis powinien brzmieć:

„Współpracujący z procesorem EPK i7010 posiadany przez Zamawiającego za pomocą złącza DVI-D -wejście.” ?

Odp.: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską winno być „Współpracujący z procesorem EPK i7010 posiadany przez Zamawiającego za pomocą złącza DVI- wejście”. Zamawiający poprawił opis w Załączniku nr 2 do ogłoszenia. Powstała omyłka pisarska nie wpływa na zmianę terminu otwarcia ofert.

Pytanie 2

Dotyczy pakiet nr 1 – pkt. 9

Czy w powyższym punkcie nie nastąpiła omyłka pisarska i zapis powinien brzmieć:

„Wyjście min. DVI-D.” ?

Odp.: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską winno być „..... wyjście min. DVI-D”. Zamawiający poprawił opis w Załączniku nr 2 do ogłoszenia. Powstała omyłka pisarska nie wpływa na zmianę terminu otwarcia ofert.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by sprzęt zastępczy dostarczyć w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% wartości brutto danego urządzenia ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.



Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 8

Dotyczy pakiet 1 – załącznik nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h w dni robocze ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 9

Dotyczy pakiet 1 – załącznik nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 10

Dotyczy pakiet 1 – załącznik nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy (gwarancyjne bez wyłączeń) oraz przeglądy techniczne (...)” ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 11

Dotyczy pakiet 1 – załącznik nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by sprzęt zastępczy dostarczyć w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 12

Dotyczy pakiet 1 – załącznik nr 2 – gwarancja i serwis – pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 13

Dotyczy zapisów ogłoszenia pkt. 10.1 – miejsce składania ofert

Prosimy o wskazanie konkretnego miejsca złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wskazuje miejsce doręczenia oferty: Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o., ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice, Administracja-Pietro 3, Sekretariat.

13.07.2021r

.....

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej