

Katowice, 17.08.2021r.

ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA TG/334/01/2021

Dotyczy postępowania

„Dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Sp. z o.o.”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści maksymalne natężenie kopuły pomocniczej o wartości 160 000 lux? Jest to parametr lepszy od wymaganego, a natężenie można zredukować do 100 000 lux.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i pomocniczą wyposażone w 110 diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną, jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 50W.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa dwukrotnie ilość diod a co za tym idzie parametr ten wpłynie na wielkość i ciężar kopuły.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści lampę której kopuły wyposażone są w 7 modułów świetlnych równomiernie rozmieszczonych wewnątrz czaszy: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną, jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 50W.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Zwiększenie modułu skutkuje w momencie wystąpienia awarii wyższymi kosztami naprawy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści kopułę o grubości 13,9 cm i wadze do 21 kg? Większa grubość kopuły zapewnia lepsze oddawanie ciepła, a waga nie ma wpływu na funkcjonalność i ergonomiczność lampy.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Parametr ten zwiększa wielkość kopuły co skutkuje koniecznością odprowadzenia większej ilości ciepła oraz wpływa na ciężar samej kopuły.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny umieszczony w części centralnej kopuły? Odległość od osi symetrii jest nieznaczną i nie ma wpływu na parametry lampy ani na skuteczność i manewrowalność kopułą.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odp.: Strop żelbetowy.



Pytanie 8

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odp.: Sufit podwieszany na wysokości $H=300$, odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym $H=50$. Wysokość od podłogi do stropu właściwego $H=350$.

Pytanie 9

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odp.: Zamawiający posiada zasilanie awaryjne UPS=230V

Pytanie 10

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub-stropowych elementów montażowych.

Odp.: Powyżej znajduje się dach, powstałe ewentualne uszkodzenia dachu podczas montażu lampy będą konieczne do usunięcia przez Wykonawcę.

Pytanie 11

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odp.: W Sali w której będzie instalowana lampa znajdują się przewody zasilające wyprowadzone nad stropem, są to 2 przewody $3 \times 1,5$.

Pytanie 12

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odp.: Zamawiający posiada pełną instalację elektryczną. Montaż lampy operacyjnej musi zostać wykonany bez uszkodzeń, z uwagi na fakt, że wszystkie pomieszczenia są nowe. Powstałe uszkodzenia muszą zostać usunięte na koszt Wykonawcy.

Pytanie 13

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta

Odp.: W pomieszczeniu nie znajduje się żadna lampa operacyjna.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 (diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem w SIWZ



Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie 18 cm i 30 cm?
Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 90 ?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści czaszę o wymiarach 34x35 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie w których diody są dwukolorowe emitujące światło białe o jednakowej temp. barowej? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści lampę w uchwycie odkręcanym sterylnym umieszczonym z boku czaszy (nie zaburzającym wiązki światła), z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie: 5 000 - 100 000 lux (w 5 krokach) panelem umieszczonym przy czaszy lampy.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, które służą również jako włącz/wyłącz.

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii na poziomie max 100 W ?

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 28

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14

Pytanie 29

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14

Pytanie 30

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14

Pytanie 31

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odp.: W miejscu montażu nie wisi żadna lampa operacyjna, zainstalowane jest oświetlenie pomieszczenia.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3800/4300/4800K ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą temperaturą barwową 4300K ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści czaszę główną o średnicy 60 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści czaszę główną o średnicy 66 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści czaszę pomocniczą o średnicy 66 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści czaszę pomocniczą o średnicy 60 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści czaszę pomocniczą o średnicy 50 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy pomocniczej – 54?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy pomocniczej – 96?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy głównej – 84?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy głównej – 96?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy plamy świetnej w zakresie 20-30 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony centralnie, z możliwością sterylizacji tegoż uchwyty? Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 4 uchwyty brudne umieszczone na obwodzie czaszy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 46

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie

można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp.: Tak, Zamawiający przychyliła się do prośby Zamawiającego dotyczącej dostarczenia materiałów informacyjnych pochodzących od producenta.

Pytanie 47

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z lampami zabiegowymi? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostają przy zapisach, i nie dokonuje podziału pakietu.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni licząc od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie do 8 tygodni dostawy realizacji zamówienia. Wyraża zgodę zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czasem główną z 72 diodami LED?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę w której diody LED umieszczone są czasach w modułach w formie odbłyśników ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z regulacją natężenia 30-100% dla czasu głównej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z temperaturą barwową 4500K?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czasem główną o średnicy 71cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czasem główną o wadze 18 kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z wymiennym, ergonomicznym uchwytem sterylnym z gładką rękojęścią?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę wyposażoną w panel sterowania umieszczony na ramieniu przy każdej z czas?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę z możliwością obniżenia natężenia światła do 48.000 lux dla czaszy głównej oraz do 36.000 lux dla czaszy pomocniczej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę w kształcie wieloboku zbliżonego do trójkąta?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę o wymiarach czaszy 335x300 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę bez uchwytu brudnego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę z głębokością oświetlenia 153 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę z dotykową, płynną regulacją natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą sterownika przy czaszy lampy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania lampę bez sygnalizowania zmiany natężenia poprzez zmianę koloru uchwytu sterylnego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 15W?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Prosimy o informację jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy, czy do miejsca montażu doprowadzone jest zasilanie elektryczne, czy w miejscu instalacji jest zainstalowana jakaś lampa oraz jakiego producenta?

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14

Pytanie 66

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy i montażu lampy do 60 dni od daty podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wysłużenie dostawy i montaż lampy do 60 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie 67

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia do 30 września 2021r.

Odp.: Tak, Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży realizację zamówienia do 30 września 2021r.

Pytanie 68

Czy zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3800/4300/4800K? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



17.08.2021r

.....
data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej