Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Oddział w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice
tel: 32 357 62 00, e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

TG/219/02/2022

Katowice, 27.07.2022r.

Do wszystkich potencjalnych Oferentów

Niniejszym udzielamy odpowiedzi na pytania udzielone w związku z toczącym się postępowaniem nr TG/219/01/2022 pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Zestaw pytań nr 1:

1. Dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu, pkt 10.1.

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu w siedzibie Zamawiającego ma być złożona oferta.

Odpowiedź:
Oferta ma zostać złożona w Sekretariacie Zamawiającego tj. w Katowicach ul. L. Markiefki 87 (Administracja, III piętro). Stosownego uzupełnienia zapisów dokonano w treści zapytania ofertowego. Ponadto Zamawiający dopuścił złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas wymagane dokumenty muszą zostać opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Dokumentację należy przesłać na adres: sekretariat@bonifratrzy.katowice.pl

2. Dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 1, pkt 7

Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i producenta posiadanego systemu informatycznego RIS, z którym ma być zintegrowany przewoźny aparat RTG.

Odpowiedź:
Obecnie Szpital korzysta z systemu Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o. o.
Jednakże w tracie jest wdrożenie systemu KS-somed firmy Kamsoft.

3. Dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 1, pkt 7

Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i producenta posiadanego systemu informatycznego PACS, z którym ma być zintegrowany przewoźny aparat RTG.

Odpowiedź:
Szpital posiada wdrożony system informatyczny Infinitt firmy Resqumed.

4. Dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 1, pkt 7

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią licencją na serwerze RIS umożliwiającą podłączenie przewoźnego aparatu RTG i przekaże ją Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada licencji, którą mógłby przekazać Wykonawcy

5. Dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 1, pkt 7

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią licencją na serwerze PACS umożliwiającą podłączenie przewoźnego aparatu RTG i przekaże ją Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada licencji, którą mógłby przekazać Wykonawcy

6. Dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu, pkt 5.1. b) Wiedza i doświadczenie

Czy Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazanie jednej dostawy sprzętu medycznego tożsamej z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości minimum 200 000,00 zł?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał uzupełnienia zapisów w treści zapytania ofertowego.

7. Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §6 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki, które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

8. Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §6 ust. 3 pkt 2

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

9. Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §6 ust. 5

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź:
Zamawiający zwalnia z zapisów §6 ust. 5 umowy Wykonawcę dla pakietu/zadania nr 1

10. Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §6 ust. 7

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Pudlik

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

11. Dotyczy Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §6 ust. 8

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:
„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji na całe urządzenie ulega wydłużeniu na czas jego niesprawności".

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

12. Dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu, pkt 12.3.

Czy Zamawiający potwierdza, że przyzna 15 pkt za zaoferowanie gwarancji o długości od 25 miesięcy? Obecny zapis nie określa jaka ilość punktów zostanie przyznana za gwarancję o długości dokładnie 25 miesięcy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał uzupełnienia zapisów w treści zapytania ofertowego.

13. Dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 1 pkt. 27 i 28

Czy Zamawiający dla tych dwóch funkcjonalności ważnych z punktu widzenia dezynfekcji i ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń, zmieni opis w kolumnie „Parametr wymagany", na „Tak, podać"? Obecny zapis umożliwi zaoferowanie systemów, które nie traktują tych spraw priorytetowo i nie ułatwiają użytkownikom codziennej kontroli rozprzestrzeniania się zakażeń, co okazała się bardzo istotną kwestią w ostatnich latach pandemii.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w treści Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1

14. Dotyczy Załącznika nr 2 Pakiet 1 pkt. 49 (Rączka do przenoszenia detektora zintegrowana z detektorem na stałe)

Czy Zamawiający zmieni opis w kolumnie „Parametr wymagany", na „Tak, podać"?
Jest to funkcjonalność, która znacząco ułatwia przenoszenie detektora między aparatem, a łóżkiem pacjenta, a także pomaga podczas układania detektora pod pacjentem, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza możliwość upuszczenia detektora. Obecny zapis umożliwia zaoferowanie detektorów bez tego udogodnienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w treści Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1

Pudlik

15. Dotyczy Załącznika nr 2 - Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych
Czy Zamawiający udostępni edytowalną wersję specyfikacji wymaganych parametrów technicznych w zakresie Zadania/Pakietu 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt.?

Odpowiedź:
Zamawiający udostępni edytowalną wersję specyfikacji, która zostanie przekazana na adres e-mail, z którego wpłynęły pytania.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego elementu/podzespołu/części, a także wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy wartość jednej naprawy przekracza 75 % wartości rzeczy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 2
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
W razie stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia nowych elementów sprzętu lub naprawy sprzętu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia aparatu do serwisu. W przypadku gdy naprawa sprzętu wymaga sprowadzenia części zamiennych zza granicy czas naprawy gwarancyjnej może trwać dłużej niż 3 dni robocze, lecz nie dłużej niż 7 dni roboczych.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 3
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
W przypadku, gdy naprawa urządzenia przekroczy termin 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się wstawić urządzenie zastępcze na okres trwania naprawy, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający nie naliczy kar umownych, jednakże czas naprawy nie powinien przekroczyć terminu 7 dni roboczych, chyba że Wykonawca przedstawi obiektywne przesłanki uzasadniające przedłużającą się naprawę. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi przesłanek uzasadniających przedłużoną naprawę po przekroczeniu terminu 7 dni roboczych Zamawiający naliczy kary umowne za opóźnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 4
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

Rudnik

W przypadku konieczności wymiany sprzętu na nowy, Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę sporządzając komisyjny protokół. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu w terminie 2 dni roboczych od daty uznania zasadności zlecenia wymiany sprzętu na nowy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 5
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
Napraw gwarancyjnych dokonywać będzie autoryzowany serwis Producenta.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 6
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,3% ?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 7
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt 2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Pytanie 8
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt 3 - 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

---

Zestaw pytań nr 3:

1. **Zapytanie nr 1:** Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi do Zadanie / Pakiet 4 – Bronchoskop – 10 szt. W pytaniach od 1 do 49

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Zestaw 10 bronchofiberoskop jednorazowy występujących w trzech rozmiarach Slim, Regular, Large z monitorem Ambu Aview 2 Advance
(w obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie które nie wymaga sterylizacji) renomowanej firmy AMBU o następujących parametrach):

Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru:
- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (10 szt. w zestawie)
- Technologia video (kamera, źródło światła)
- Pole widzenia 85
- Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)

Prodlik

- Oświetlenie LED
- Długość części roboczej 600 mm
- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
- Zakres regulacji: do góry 180°/do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)
- Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large
- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy oraz wprowadzenia każdych narzędzi dostępnych na rynku pasujących do kanału roboczego

Parametry monitora Ambu aView 2 Advance – 1 szt:

WYŚWIETLACZ	
Rozdzielczość	1920 x 1080 pikseli, Full HD
Orientacja	Pozioma
Typ ekranu	12,8" kolorowy TFT LCD
Czas uruchamiania	Natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania
POŁĄCZENIE	
2 x złącze USB	USB 3.0 typ A
Cyfrowe wyjście wideo	HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)
WIFI	Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
LAN	Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
PAMIĘĆ	
Pojemność przechowywania	32 GB
System montażu	Standard systemu montażu Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem
ZASILANIE ELEKTRYCZNE	
Napięcie zasilania	19,0 VDC; 3,43 ADC
Typ baterii	14,4 VDC 6500mAh
Czas działania baterii	minimum 3 h
Wskaźnik stanu naładowania baterii	sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%
Wymiary	Szerokość: 331 mm (13,03") Wysokość: 215 mm (8,46") Grubość: 52 mm (2,05") Masa: 2.7 kg (6,0 lb)
Masa	2.7 kg
KOMPATYBILNOŚĆ	
Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego jednorazowymi bronchoskopami Ambu aScope 4 Broncho, rurkami jedno i dwuświatłowymi VivaSight oraz cystoskopami Ambu aScope Cysto oraz Ambu Rhinolaryngo - wymóg konieczny.	
SERWIS	
Monitor posiada możliwość naprawy w zakresie wymiany baterii, interfejsu do obrazowania, wentylatora wraz z zestawem części zamiennych.	
INNE	
Dezynfekcja urządzenia poprzez powierzchowne przecieranice za pomocą husteczek nasączonych 70-80% alkoholem izopropylowym.	
w zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówki, zasilacz oraz 5 rodzajów kabli zasilających	

Pudlik

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaproponowanych parametrach.

Zestaw pytań nr 4:

1) Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty mailem z podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:
Oferta ma zostać złożona w Sekretariacie Zamawiającego tj. w Katowicach ul. L. Markiefki 87 (Administracja, III piętro). Stosownego uzupełnienia zapisów dokonano w treści zapytania ofertowego. Ponadto Zamawiający dopuścił złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas wymagane dokumenty muszą zostać opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Dokumentację należy przesłać na adres: sekretariat@bonifratrzy.katowice.pl

Zestaw pytań nr 5:

Pytanie 1: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, punkt 10:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, w którym oferowany aparat posiada zakres nominalnego napięcia roboczego lampy RTG wynoszący 40 – 150 kV oraz zakres napięcia roboczego generatora wynoszący 50-125 kV.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, punkt 12:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego maksymalną wartość prądu lampy (możliwą do uzyskania w aparacie) ≥ 300 mA. Prąd lampy jest bezpośrednio związany z wartością mAs, i to iloczyn dwóch parametrów (prądu lampy i czasu ekspozycji) decyduje o jakości obrazu i dawce badania. Oferowane przez nas rozwiązanie ma szeroki dostępny zakres mAs (0.2 – 630) dzięki czemu wynik iloczynu prądu i czasu ekspozycji odpowiada klinicznie stosowanym wartościom.
Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, punkt 13:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego najkrótszy czas ekspozycji ≤ 4 ms. Czas ekspozycji jest bezpośrednio związany z wartością mAs, i to iloczyn dwóch parametrów (prądu lampy i czasu ekspozycji) decyduje o jakości obrazu i dawce badania. Oferowane przez nas rozwiązanie ma szeroki dostępny zakres mAs (0.2 – 630) dzięki czemu wynik iloczynu prądu i czasu ekspozycji odpowiada klinicznie stosowanym wartościom.
Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., LAMPA RTG, punkt 18:
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że mobilne rozwiązania RTG, najbardziej uniwersalne i gwarantujące najlepszą jakość obrazowania, wyposażone są w lampy RTG dwuogniskowe. Lampa jednoogniskowa powoduje ograniczenie funkcjonalności aparatu m.in. przy obrazowaniu drobnych struktur kostnych oraz przy zastosowaniach pediatrycznych. W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii, wnioskujemy o modyfikację tego punktu Specyfikacji:

18.	Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą	Tak	

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

Pytanie 5: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., LAMPA RTG, punkt 26:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego maksymalną odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny ≥111 cm. Różnica między parametrem wymaganym a oferowanym w porównaniu do oferowanego zakresu ruchu jest niewielka, a w przypadku aparatu mobilnego, który można dowolnie pozycjonować względem pacjenta, nie będzie miała wpływu na wartości użytkowe aparatu.
Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

Pytanie 6: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., KOLUMNA I STATYW APARATU, punkt 37:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego masę łącznie z akumulatorami ≤ 450 kg.
Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

Pytanie 7: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., DETEKTOR CYFROWY, punkt 48:
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że w przypadku mobilnego rozwiązania RTG, najbardziej zaawansowane aparaty wyposażone są w algorytm wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej, pozwalający na usunięcie efektu mgły z obrazu RTG pochodzącego od promieni rozproszonych. Pozwala to na większą elastyczność ustawień (regulowana siła działania algorytmu), łatwość obsługi oraz ograniczenie niebezpieczeństwa uszkodzeń mechanicznych wrażliwego elementu, jakim jest fizyczna kratka.

W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii, wnioskujemy o modyfikację tego punktu Specyfikacji:

48.	Oprogramowanie kratki wirtualnej	Tak	

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

Pytanie 8: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., DETEKTOR CYFROWY, punkt 49:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego punktu Specyfikacji i dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w detektor posiadający uchwyt ze zintegrowaną rączką do przenoszenia detektora z możliwością demontażu uchwytu?
Zwracamy uwagę zamawiającego, że rozwiązanie pozwalające rozdzielić detektor i uchwyt z rączką jest wygodniejsze ponieważ nie powiększa rozmiaru detektora i daje większą elastyczność w doborze akcesoriów do konkretnych zastosowań.

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

Pytanie 9: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., DETEKTOR CYFROWY, punkt 50:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego detektor o maksymalnej ilości ekspozycji na jednym ładowaniu ≥ 240. Różnica między parametrem wymaganym a oferowanym nie wpływa na parametry kliniczne i użytkowe aparatu ponieważ detektor jest doładowywany w dedykowanej kieszeni aparatu przeznaczonej również do jego bezpiecznego przechowywania np. podczas transportu aparatu i w trybie czuwania.
Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1 szt., KONSOLA TECHNIKA (STACJA AKWIZYCYJNA), punkt 51:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu obsługiwanego za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥ 15" i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1024x768 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu.
Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

11. Dotyczy Załącznik nr 2, Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych, Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG – 1, pkt.7. Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemami RIS/PACS funkcjonującymi u Zamawiającego: Prosimy Zamawiajacego o podanie dostawcy systemów RIS/PACS oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź:
RIS: Obecnie Szpital korzysta z systemu Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o. o.
Jednakże w tracie jest wdrożenie systemu KS-somed firmy Kamsoft.
PACS: Szpital posiada wdrożony system informatyczny Infinitt firmy Resqumed.
Zamawiający nie posiada licencji, którą mógłby przekazać Wykonawcy

12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia dodatkowego filtra mocowanego na szynach w kolimatorze, Zamawiający będzie wymagał filtra akrylowego, przeziernego, o filtracji ekwiwalentnej min. 1,0 mmAl + 0,1 mm Cu.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że w przypadku dostarczenia filtrów nieprzeziernych, po ich instalacji w szynach kolimatora, światło centratora jest przysłonięte co znacząco utrudnia proces przygotowania do badania oraz podwyższa niebezpieczeństwo mechanicznych uszkodzeń filtra.

Odpowiedź:
Parametr jak opisano w Załączniku nr 2 - Specyfikacji wymaganych parametrów technicznych Zadanie/Pakiet 1 – Przewoźny aparat RTG

13. **Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2:** z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas <u>każdej naprawy</u>, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia.

W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zdania ostatniego w § 6 ust. 2 : *„(...) Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas całkowitego przestoju aparatury liczonej od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia."*

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

14. **Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt. 2):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy *„Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu/części urządzenia na wolny od wad przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu/części, a także wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy wartość naprawy przekracza 80 % wartości rzeczy"*

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

15. **Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od postanowienia umowy opisanego w § 6 ust. 5? Przedmiot zamówienia opisany w Pakiecie nr 1 obejmuje system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe w terminie 7 dni roboczych niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Rudlik

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

16. **Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 13:** Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania do § 6 ust. 13 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy (tj. trwałego montażu w specjalnie do danego, konkretnego sprzętu przystosowanym pomieszczeniu) – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie kolejnego zdania do § 6 ust. 13 o następującej treści:
„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi."

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

17. **Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 1):** W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

18. W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Jeżeli w wyniku użytkowania urządzenia stwierdzona zostanie konieczność zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Strony zawrzą taką umowę na wzorze uzgodnionym przez Strony.

Zestaw pytań nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 5

1) Czy Zamawiający w Zadaniu/Pakiecie 5 – Monitor hemodynamiczny – 2 sztuki, dopuści monitor hemodynamiczny, bez modułu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca ?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza monitora hemodynamicznego bez modułu ciągłego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca.

2) Czy Zamawiający w Zadaniu/Pakiecie 5 – Monitor hemodynamiczny – 2 sztuki, wymaga monitorów hemodynamicznych wraz z modułami do ciągłego pomiaru rzutu serca, kalibrowanych metodą termodylucji przezpłucnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga 2 sztuk monitorów hemodynamicznych wraz z modułami do ciągłego pomiaru rzutu serca, kalibrowanych metodą termodylucji przezpłucnej

Dotyczy wzoru umowy

1) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów dotyczących kar umownych w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie" słowem „zwłoka"?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

2) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 do 0,1%?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór w zakresie § 7 ust. 1 pkt 1, 2 poprzez obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 0,3% dla pkt 1 i 0,1% dla pkt. 2

3) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 3 do 1%?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór w zakresie wysokości kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 do wysokości 5%

4) Czy Zamawiający zgodzi się, aby ewentualne kary były naliczane od wartości brutto urządzenia, nie zaś od wartości całej umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Załączniku nr 6_umowa_wzór

Rudik

W związku z niniejszymi pytaniami oraz wprowadzonymi modyfikacjami Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na dzień 2.08.2022r.

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Oddział w Katowicach
Aleksandra Drobiec
Dyrektor Szpitala

Kierownik
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO
Łukasz Pudlik