

Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o.
ul. Trynitaraska 11
31-061 Kraków

Kraków dn. 23.10.2019 r.

Syg. sprawy DOIP/I/PZP/2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. *Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020*, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury. Nr sprawy **DOIP/I/PZP/2019** Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:**

Pytanie 1– Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza parametr w jego pierwotnym brzmieniu (przed modyfikacją z dn. 22.10.2019r), tj.

„Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki).”

Ad. 1 Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 6 do SIWZ, tym samym wyjaśnia iż intencją Szpitala jest aby sprzęt posiadał: „Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki).”, ale dopuszcza również na podstawie udzielonych odpowiedzi w dniu 22.10.2019r by stanowisko umożliwiało wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych bez wykorzystania ekranowego narzędzia

Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o.
ul. Trynitaraska 11
31-061 Kraków

Kraków dn. 23.10.2019 r.

Syg. sprawy DOIP/I/PZP/2019

Podpis Zamawiającego